PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

05.09.2026

KERN MBC 20K10EM

Elegante bilancia per neonati con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ESEMPIO DI APPLICAZIONE







CARATTERISTICHE

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base al regolamento (UE) 2017/745
- Popolare in pediatria: la superficie di appoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
- Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione di differenza per il calcolo dell'aumento di peso prima e dopo l'assunzione di cibo ("funzione allattamento")
- Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Funzione Hold: per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e "congelato" un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
- Dello stesso tipo di MBC ma senza adattatore di rete, particolarmente adatto per l'uso mobile, ad es. per ostetriche

DATI TECNICI

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni superficie di appoggio L×P 600×280 mm
- Dimensioni totali L×P×A 600×410×112 mm
- Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso L×P×A 920×480×175 mm
- Funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA di serie, autonomia fino a 20 h
- Peso netto ca. 4,6 kg

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Strutture residenziali
- Strutture ambulatoriali
- Ostetriche
- Uffici d'igiene pubblica
- Asili nido

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Nell'UE, la taratura (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance destinate all'uso come dispositivi medici è richiesta dalla legge; nell'ordine si prega di specificare il luogo di installazione e il codice postale.

PITTOGRAMMI

Di serie | Opzione | Factory



PANORAMICA DEI MODELLI

Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Divisione omologata [e]
MBC 15K2DEM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
MBC 20K10EM	20 kg	0,01 kg	0,01 kg

ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-78	Peso di prova 346-78 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
MBC-A01	Misuratore di taglia per neonati MBC-A01
MBC-A02	Borsa MBC-A02
MBC-A05	Fermo di testa del piede MBC-A05
MBC-A06	Copertina rigida di protezione MBC-A06
MBC-A06S05	Copertina rigida di protezione MBC-A06S05, dotazione 5 pezzi
MBC-A08	Batteria MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MYC-01	Salviette senza alcool per la disinfezione con panno MYC-01
YKA-43	Alimentatore di rete YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Alimentatore di rete YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-230	Controllo tecnico di sicurezza (protocollo STK) KERN 961-230
961-248	Regolazione in luogo di installazione 961-248 (Non in combinazione con omologazione)
963-128	Certificato di calibrazione DAkkS 963-128

Modello	Descrizione
965-128.	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) 965-128.
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-016	Estensione della garanzia (+3 anni) 970-016

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio
	Funzionamento a batteria: Predisposta per Il funzionamento a pila
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno
	Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile
	Alimentatore di rete universale: Con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per EU, CH, GB o EU, CH, GB, US o EU, CH, GB, US, AUS
	Valutazione della conformità: la durata della valutazione della conformità è di 3 giorni lavorativi
	Il prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili

ITALIANO